

TYPENERFASSUNGSBLATT

Hersteller:	Telecontact Handel & Service GmbH
Typ / Modell:	Teleguard
Gerätebezeichnung:	Bettfluchtbügel
Geräteart:	Nicht-medizinisches Gerät in der Patientenumgebung
Gewährleistungsdauer:	12 Monate
Stromversorgung:	erfolgt über die Schwesternrufanlage
Schutzklasse:	nach EN60601-1 galvanisch getrennt
Sicherheitskategorie:	2 und 3 gemäß Norm EN954-1
Prüfintervall laut Hersteller:	wartungsfrei, Durchsicht gemäß Plakette empfohlen
Inbetriebnahme:	ausschließlich durch Fachpersonal gestattet
Dokumente welche zusätzlich übermittelt werden:	Bedienungsanleitung Unbedenklichkeitsbescheinigung



Telecontact Handel + Service GmbH

Margaretenstraße 164

A-1050 Wien

Telefon: +43(0)1 8903100

office@telecontact.at

www.telecontact.at

Giovanni Bindoni - Geschäftsleitung